

ISO/IEC 17050-1 (JIS Q 17050-1)に基づく自己適合宣言書

文書番号	24-001 ISO
発行者の名称	アトー株式会社
発行者の住所	110-0016 東京都台東区台東 2-21-6
宣言の対象	ケミルミ撮影装置（付随書参照）

上記の宣言の対象は、次の文書の要求事項に適合しています。

規格／文書番号	規格名称／表題
ISO 24421:2023	Biotechnology - Minimum requirements for optical signal measurements in photometric methods for biological samples
版数／発行日	Clause 5.2 Verification of optical signal measurement instruments
1 st edition 2023-07	

追加情報

宣言対象の検証	全放射束（nW）が規定された光学リファレンス（リファレンス LED 光源）を撮影した画像から相対的な感度を検証する
---------	---

問い合わせ先	東京都台東区台東 2-21-6 アトー株式会社 管理部品質保証室 TEL : 03-5818-7560
初版発行日	2024 年 6 月 14 日
発行場所	東京都台東区台東 2-21-6 アトー株式会社 管理部品質保証室
代表者または代理者 役職・氏名	管理部品質保証室長 代理者：小俣 直仁 代理者署名 <u>小俣直仁</u>

※この文書は ISO/IEC 17050-1 (JIS Q 17050-1)に基づく自己適合宣言書です。

アトー株式会社 管理部品質保証室

宣言の対象製品は以下の通りです。

リファレンス LED 光源①: アトー社製 WSL-1200/1200C 光子ファンダム 基準 LED 光源

名称	型式	
LuminoGraph I CMOS	WSE-6170	リファレンス LED 光源①を用いた検証により適合
LuminoGraph II EM	WSE-6270	リファレンス LED 光源①を用いた検証により適合
LuminoGraph III Lite	WSE-6370	リファレンス LED 光源①を用いた検証により適合